

Manejo de MHM y CSI 2130 *Nivel Intermedio*

Duración:

2 Días.

Horario:

9.30 a 17.30Hs.

Lugar:

Emerson Argentina – Av. Maipú 660 – Florida – Prov. Buenos Aires – Argentina

Requisitos:

Conocimientos sobre Microsoft Windows y conocimientos en análisis de vibración.

Objetivo del curso

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de manejar el analizador CSI 2130. Preparando el analizador para ir a tomar data en campo (cargando rutas). Midiendo en campo, analizando en línea y descargando rutas, para el análisis de laboratorio.

Actividad que se realizara en paralelo con el uso del software V5.XMHM.

Programa:

- Instalación del software MHM; solicitud del CODE RESPONSE.
- Familiarización del Analizador CSI 2130; estructura externa, teclados.
- Conociendo sus pantallas y funciones (Comunicación/Reportes/Análisis)
- Cuidados que deben tenerse con el analizador y con el software.
- Creación de una base de datos.
- Creación de una RUTA. Configuración Global
- Parámetros de Análisis y parámetros de alarma por DEFECTO.
- CARGA Y DESCARGA de una ruta.
- Diferencia entre la eliminación de la RUTA y los DATOS de una RUTA.
- Importancia de una buena configuración.
- Revisión general de las funciones de análisis.

Nota: Para llevar a cabo la operación la parte interesada deberá enviar una orden de compra a Emerson Argentina S.A. Los pagos se efectuaran en efectivo o con cheque a nombre propio emitido a nombre de Emerson Argentina S.A. El cobro del mismo debe ser posible con limite fecha de inicio del curso. De no efectuarse, en su totalidad, el pago antes del inicio del curso, la parte interesada pierde el derecho a participar del mismo.

Ante cualquier duda, favor de comunicarse con Educational Services,

Contacto: [Cintia Gisele Hassan](mailto:Cintia.Hassan@Emerson.com)

Tel.: (54 11) 4796-7448 / 4837-7002

E-mail: Cintia.Hassan@Emerson.com o a través de la

Web: www.EmersonProcess.com.ar